



**Amarell GmbH & Co. KG**  
97892 KREUZWERTHEIM

## Werkprüfschein / Works-Certificate

Gegenstand: Laborthermometer ähnlich DIN, Einschussform  
Object: Precision Thermometer similar DIN, enclosed scale

Fabrik-Nr.: 31969  
Serial number:

Messbereich: - 10 + 30°C  
Range:

Skalenwert: 0,1°C  
Fractional division:

Die Prüfung ergab folgende Werte in °C  
The result of the test is as follows (in °C)

Thermometeranzeige °C Thermometer reading	Korrektion für die Thermometeranzeige °C Correction for thermometer reading	Messunsicherheit °C Uncertainty + -
- 10,00	- 0,01	0,06
0,00	0,00	0,03
15,00	- 0,01	0,03
30,00	- 0,03	0,03

Die Werte gelten für ganzen Eintauch bis Ende  
These values apply to total immersion until the end of 2021

Mittlere Temperatur des herausragenden Fadens  
Average temperature of emergent column

Geprüftes/Kalibriertes NORMALTHERMOMETER\* Nr. 154, 4046  
Verified/Calibrated STANDARD-THERMOMETER\*\* No.

\* Durch diese/s Normalthermometer sind die Angaben in obiger Tabelle rückführbar auf die Temperatur-Normale der PTB und damit auf die ITS '90.

\*\* By this/these Standard-Thermometer/s the results indicated in above table are traceable to the temperature-standards of the PTB and therefore also to the ITS '90.

17.11.2011

Datum / Date

*S. Bauerfeld*

Prüfmeister / Gauger

101